



ONAC ACREDITA A:

TESTLAB LABORATORIO ANÁLISIS
ALIMENTOS Y AGUAS S.A.S

NIT. 900.813.618-5

Carrera 43 calle 32 Sur 20, Barrio Magnolia,
Envigado, Antioquia, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la
Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos
especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017.

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de
calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el
anexo de este certificado, identificado con el código:

19-LAB-012

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento
Multilateral suscritos por ONAC con



Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2020-06-01

Fecha de Renovación:

2023-06-01

Fecha de publicación
última actualización:

2026-10-27

Fecha de vencimiento:

2028-05-31

La vigencia de este certificado puede
ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

TESTLAB LABORATORIO ANÁLISIS ALIMENTOS Y AGUAS S.A.S
19-LAB-012
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Carrera 43 calle 32 sur 20, segundo piso, barrio Magnolia, Envigado, Antioquia, Colombia					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L15	C7	Recuento de aerobios mesófilos	Recuento en placa	Alimentos para consumo humano (Leche y productos lácteos, verduras y hortalizas, semillas, frutos secos, fruta y cereales secos, frutas verduras y hortalizas procesadas, carne cruda y productos cárnicos listos para cocinar, alimentos con múltiples componentes o componentes de comida)	<10 UFC/g a 3,3 x 10 ⁸ UFC/g <10 UFC/mL a 3,3 x 10 ⁸ UFC/mL	ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022
L15	C7	Recuento de coliformes totales	Recuento en placa	Alimentos para consumo humano (Leche y productos lácteos, verduras y hortalizas, semillas, frutos secos, fruta y cereales secos, frutas verduras y hortalizas procesadas, carne cruda y productos cárnicos listos para cocinar, productos de aves de corral crudos y listos para cocinar)	<10 UFC/g a 3,3 x 10 ⁸ UFC/g <10 UFC/mL a 3,3 x 10 ⁸ UFC/mL	ISO 4832: 2006

ANEXO DEL CERTIFICADO

TESTLAB LABORATORIO ANÁLISIS ALIMENTOS Y AGUAS S.A.S
19-LAB-012
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Carrera 43 calle 32 sur 20, segundo piso, barrio Magnolia, Envigado, Antioquia, Colombia					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L15	C7	Recuento <i>Escherichia coli</i> β - glucuronidasa-positiva	Recuento en placa	Alimentos para consumo humano (Leche y productos lácteos, verduras y hortalizas, semillas, frutos secos, fruta y cereales secos, frutas verduras y hortalizas procesadas, carne cruda y productos cárnicos listos para cocinar, productos de aves de corral crudos y listos para cocinar, productos de panadería y pastelería)	<10 UFC/g a $3,3 \times 10^8$ UFC/g <10 UFC/mL a $3,3 \times 10^8$ UFC/mL	ISO 16649-2:2001
L15	C4	Recuento de coliformes totales	Filtración por membrana	Agua tratada (potable y de piscina).	<1 UFC/100 mL a 2000 UFC/100 mL	SM 9222B, 24th Ed. 2023
L15	C4	Recuento de <i>Escherichia coli</i>	Filtración por membrana	Agua tratada (potable y de piscina).	<1 UFC/100 mL a 2000 UFC/100 mL	SM 9222H, 24th Ed. 2023
L16	C4	Determinación de conductividad	Electroquímica	Agua tratada (potable)	84 μ S/cm a 1412 μ S/cm	SM 2510 B 24 th Edition 2023
L16	C4	Determinación de alcalinidad total	Volumetría	Agua tratada (potable)	20 mg CaCO ₃ /L a 200 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B 24 th Edition 2023

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

